LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Acide urique	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique (uricase), détection spectrophotométrie	D3-IN267-ACURIQUE	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	ALAT (Alanine AminoTransférase)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN257-ALAT	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	ASAT (Aspartate AminoTransférase)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN256-ASAT	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Bilirubine totale	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Spectrophotométrie	D3-IN260-BILIT	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Cholestérol total	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN266-CHOLEST	VISTA 1500 le 13/06/2017
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Créatinine Kinase CK	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN261-CK	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	CO2 (réserve alcaline)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN222-CO2	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Créatinine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN246-CREAENZ	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018

LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024

Site	Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)	Ligne de portée	Examen / analyse	Echantillon biologique / région anatomique	Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)	Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	CRP	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode immunoturbidimétrique	D3-IN247-CRP	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Fer	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Spectrophotométrie	D3-IN155-FER	VISTA 1500 le 13/06/2017
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	GGT	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN265-GAMMAGT	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	LDH	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN59-LDH	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Lipase	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN263-LIPASE	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018 Changement de réactif le 13/12/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	PAL	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN255-PHAL	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Phosphore	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Spectrophotométrie	D3-IN240-POSPH	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Potassium	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Electrochimie (Potentiométrie indirecte)	D3-IN248-POTASS	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Protéines totales	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Biuret - Spectrophotométrie	D3-IN252-PROTIDES	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Triglycérides	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Spectrophotométrie	D3-IN243-TRIGLY	VISTA 1500 le 13/06/2017
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Urée	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique (uréase), détection spectrophotométrie	D3-IN253-UREE	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Ethanol	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN254-ALCOOL	VISTA 1500 le 13/06/2017
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	TSH	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN264-TSH	VISTA 1500 le 13/06/2017, VISTA 500 le 2/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Troponine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN223-TROPONI	Changement de méthode le 14/01/2020 (amélioration du seuil de sensibilité afin de répondre aux critères de l'IFCC de troponine HS) Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500 / 500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	NT Pro-BNP	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN238-PBNP	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500 / 500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Myoglobine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN235-MYOGLOB	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Bilirubine directe	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Spectrophotométrie Bichromatique en point final	D3-IN259-BILID	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Transferrine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN269-TRANSFER	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Ferritine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN268-FERRIT	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Albumine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Spectrophotométrie	D3-IN168-ALB	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Haptoglobine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN232-HAPTOG	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Orosomucoïde	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN218-A1AG	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Béta 2 Microglobuline	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN221-BETA2MI	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	IgG	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN227-IGG	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	IgA	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN226-IGA	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	IgM	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN228-IGM	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	C3	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN223-COMPC3	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	C4	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN230-COMPC4	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Chlorure	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Potentiométrie indirecte	D3-IN250-CHLORE	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500 / 500

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Sodium	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Potentiométrie indirecte	D3-IN251-SODIUM	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500 / 500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Calcium	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Complexométrie avec détection Spectrophotométrique	D3-IN245-CALCIUM	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500 / 500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Glucose	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode à l'Hexokinase avec détection spectrophotomètrique	D3-IN249-GLUCOSE	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500 / 500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Cholestérol HDL	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Spectrophotométrie	D3-IN157-CHOLHDL	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	FT3	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN225-T3L	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	FT4	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A LOCI Immuno-chiluminescence Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS	D3-IN224-T4L	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Béta-HCG	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN258-BHCG	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500/500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Acide Valproïque	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Immunodosage par inhibition turbidimétrique	D3-IN236-ACVALP	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Phénobarbital	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Immunodosage par inhibition turbidimétrique	D3-IN239-PHENOB	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Digoxine	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN231-DIGOXI	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Vancomycine	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Immunodosage par inhibition turbidimétrique	D3-IN217-VANCO	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Gentamicine	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Immunodosage par inhibition turbidimétrique	D3-IN156-GENTA	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Lithium	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode colorimétrique avec détection spectrophotométrique	D3-IN233-LITHIUM	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Acétominophène	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN219-PARACET	Accrédité par ajout le 28/02/2019 sur VISTA 1500
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Ammonium	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN220-AMMON	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Magnesium	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Complexométrie avec détection Spectrophotométrique	D3-IN237-MAGNES	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Préalbumine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN241-PREALB	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Récepteurs solubles de la transferrine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-IN242-STRF	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Amikacine	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Immunodosage enzymatique EMIT®	D3-IN216-AMIKA	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Créatinine	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique, détection spectrophotométrique	D3-IN246-CREAENZ	Ajout le 14/02/2020

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Phosphore	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Spectrophotométrie	D3-IN240-PHOSPH	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Sodium	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Electrochimie (Potentiométrie indirecte)	D3-IN251-SODIUM	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Potassium	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Electrochimie (Potentiométrie indirecte)	D3-IN248-POTASSIU	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Chlorures	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Electrochimie (Potentiométrie indirecte)	D3-IN250-CHLORE	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Urée	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode enzymatique (uréase), détection spectrophotométrie	D3-IN253-UREE	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Calcium	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Complexométrie avec détection Spectrophotométrique	D3-IN245-CALCIUM	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Glucose	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Méthode à l'Hexokinase avec détection spectrophotomètrique	D3-IN249-GLUCOSE	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Magnesium	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Complexométrie avec détection Spectrophotométrique	D3-IN237-MAGNES	Ajout le 14/02/2020

LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation						D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Acide urique	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode enzymatique (uricase), détection spectrophotométrie	D3-IN267-ACURIQUE	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Protéines	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500/500 SIEMENS Rouge de pyrogallol Spectrophotométrie	D3-IN244-PROTEIN	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Microalbumine	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Dimension Vista 1500 SIEMENS Méthode Néphélométrique	D3-234-MICRALB	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Gaz du sang et CO-Oxymétrie	Sang total Hépariné	Méthode quantitative automatisée Portée Flexible Standard A Automates IL-Werfen GEM 5000 PH, pCO2, Ca ionisé : Potentiométrie- pO2 : Ampérométrie- Hb, Methb, COHb : Spectrophotométrie	D3-MO51-GAZO	Ajout le 01/09/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Lactates	Sang total Hépariné	Méthode quantitative automatisée- Portée Flexible Standard A Ampérométrie Automates IL-Werfen GEM 4000 et GEM 5000-	D3-MO51-GAZO	Ajout le 01/09/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Procalcitonine	Plasma hépariné	Méthode quantitative automatisée Portée Flexible Standard A Automate VIDAS 3 BioMérieux Immunodasage par technique ELFA méthode immunoenzymatique sandwich, immunocapture ou compétition en 2 étapes avec détection finale en fluorescence -	D3-IN139-PCTVIDA	Ajout le 01/09/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	HbA1c	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate DCAVANTAGE Siemens Inhibition immunoagglutination sur latex	D3-MO52-DCAVANTA	Ajout le 01/09/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	OSMOLARITE	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Osmomètre VAPRO 5600 ELITECH Tension de vapeur	D3-MO32-OSMVAPRO	Ajout le 28/10/2021
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	OSMOLARITE	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Osmomètre VAPRO 5600 ELITECH Tension de vapeur	D3-MO32-OSMVAPRO	Ajout le 28/10/2021

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Folates (Vitamine B9)	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500 SIEMENS Immunodosage par compétition / Chimiluminescence	D3-IN151-FOLATES	Accrédité par ajout le 02/05/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Vitamine B12	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Dimension Vista 1500 SIEMENS Immunodosage par compétition / Chimiluminescence	D3-IN150-VITB12	Accrédité par ajout le 02/05/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB04	Recherche de Cryoglobulines	Sérum	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Recherche visuelle d'un cryoprécipité ou d'un cryogel	D3-IN190-CRYOGLO	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB05	Screening drogues urinaires	Urines	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Détection par test immunochromatographique DRUGCHECK société BIOSYNEX	D3-IN01-DROGUR	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	PHARMACOSTPBM-TOXICOBM BM PT01	Dosage de l'Infliximab	Sérum	Méthode quantitative Portée Flexible Standard B Automate spectrophotomètre multiskan 1530 THERMO-FISHER Immuno-analyse ELISA	D3-IN73-ANTITNFa	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	PHARMACOSTPBM-TOXICOBM BM PT03	Dosage de levetiracetam	Sérum	Méthode quantitative Portée Flexible Standard B Automate QUATTRO MICRO WATERS spectrometrie de masse LC-MSMS	D3-IN31-AEPGRPC	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	PHARMACOSTPBM-TOXICOBM BM PT03	Dosage du Céfépime	Sérum	Méthode quantitative Portée Flexible Standard B Automate PDA 2996 WATERS Spectrometrie de masse LC-UV	D3-IN21-ABGRPB	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	PHARMACOSTPBM-TOXICOBM BM PT04	Dosage du GHB	Sérum Urines	Méthode quantitative Portée Flexible Standard B spectrometrie de masse GC-MS Automate TRACE 1300 THERMO-FISHER	D3-IN146-GHBGC	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	PHARMACOSTPBM-TOXICOBM BM PT04	Dosage de l'Ethanol	Sérum Plasma Sang total	Méthode quantitative Portée Flexible Standard B spectrometrie de masse GC-FID Automate TRACE 1300 THERMO-FISHER	D3-IN147-ALCGC	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB01	Etude isolée des thrombocytes	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate XN 1000 Sysmex Impédance, fluorescence	D3-MO58-XN	Accrédité par extension le 15/07/2019

Site	Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)	Ligne de portée	Examen / analyse	Echantillon biologique / région anatomique	Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)	Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB01	Numération et formule sanguine	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate XN 1000 Sysmex Impédance, fluorescence	D3-MO58-XN	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB01	Réticulocytes	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate XN 1000 Sysmex Impédance, fluorescence	D3-MO58-XN	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB01	Recherche et identification de cellules anormales circulantes sur frottis sanguin	Sang total EDTA	Méthode qualitative Portée Flexible Standard A Identification morphologique après coloration (microscope, microscope automatisé DM 1200, étaleur-colorateur SP 10 Sysmex)	D3-MO61-FORMMICR D3-MO53-MGGMANU D3-MO70-COLOSP10	Ajout le 14/02/2020 Changement de colorateur le 17/02/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB02	Myelogramme	Moëlle	Portée Flexible Standard A Numération de certaines populations cellulaires (blastes, plasmocytes) et évaluation qualitative (identification morphologique par microscopie de cellules anormales et détection d'anomalies cytologiques) Coloration de May-Grunwald-Giemsa	D3-MO62-MYELGRT	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB02	Coloration de Perls	Moëlle Sang	Portée Flexible Standard A Méthode qualitative (évaluation des réserves médullaires en fer/détection de sidérocytes dans le sang ou la moelle) Méthode quantitative (décompte des sidéroblastes en couronne) Identification morphologique par microscopie après coloration cytochimique	D3-MO39-PERLS	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB03	Vitesse de sédimentation (VS)	Sang total citraté	Méthode qualitative Portée Flexible Standard A Lecture Optique capteur Infrarouge / Automate VS SRS 20 GREINER	D3-MO19-VS	Accrédité par extension le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB06	Numération des Sous-populations lymphocytaires	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Cytométrie de flux Automate NAVIOS Beckman Coulter	D3-IN194-CMF348 D3-IN198-CMFTBNK	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	TCA	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates ACL TOP 750/550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-MO10-ACLTOP D3-IN12-TCA	Accrédité depuis le 04/07/2017
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	TP / INR	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN175-TP	Accrédité par ajout le 31/05/2018 Changement de réactif le 31/05/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	Fibrinogène	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN177-FIB	Accrédité par ajout le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	D-DIMERES	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates ACL TOP 750/550 WERFEN Méthode immunoturbidimétrique	D3-IN178-DDI	Accrédité par ajout le 31/05/2018

LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024

Site	Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)	Ligne de portée	Examen / analyse	Echantillon biologique / région anatomique	Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)	Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR V	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN206-FACTV	Accrédité par ajout le 31/05/2018 Changement de réactif le 31/05/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR II	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN205-FACTII	Accrédité par ajout le 31/05/2018 Changement de réactif le 31/05/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR VII	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN207-FACTVII	Accrédité par ajout le 31/05/2018 Changement de réactif le 31/05/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR X	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN208-FACTX	Accrédité par ajout le 31/05/2018 Changement de réactif le 31/05/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR VIII	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN65-FVIII	Accrédité par ajout le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR IX	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN290-FIX	Accrédité par ajout le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR XI	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN291-FXI	Accrédité par ajout le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR XII	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique	D3-IN292-FXII	Accrédité par ajout le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR VON WILLEBRAND : ACTIVITE COFACTEUR DE LA RISTOCETINE	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode immunoturbidimétrique	D3-IN289-VWFAC	Accrédité par ajout le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	FACTEUR VON WILLEBRAND ANTIGENE	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Méthode immunoturbidimétrique Automate ACL TOP 550 WERFEN	D3-IN275-VWFAG	Accrédité par ajout le 31/05/2018

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	Recherche de la résistance à la PROTEINE C activée	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 WERFEN Méthode chronométrique avec détection optique Automate ACL TOP 550 WERFEN	D3-IN297-RPCA	Accrédité par ajout le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	ANTITHROMBINE	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A ACL TOP 750 / 550 -WERFEN Méthode chromogénique	D3-IN299-AT	Accrédité par ajout le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB03	Activité Anti Xa de l'héparine ou dérivé héparinique (HNF, HBPM)	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A ACL TOP 750 / 550 -WERFEN Méthode chromogénique	D3-IN140-HNF D3-IN141-HBPM	Accrédité par extension le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB03	Anticoagulants circulants de type lupique. Dépistage et identification	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 -WERFEN Chronométrie	D3-IN294-DRVVT D3-IN34-RAC	Accrédité par extension le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB03	Activité Anti Xa autre que l'héparine (Orgaran, Rivaroxaban, Apixaban)	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 -WERFEN Chronométrie	D3-IN142-ORGARAN D3-IN143-RIVAROX D3-IN144-APIXAB	Accrédité par extension le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB03	Activité Anti IIa (Dabigatran)	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 -WERFEN Chronométrie	D3-IN295-DABIGATR	Ajout le 01/09/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB03	PROTEINE S	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 550 -WERFEN Chronométrie	D3-IN298-PS	Ajout le 28/10/2021
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB05	Ac. Anti- PF4-Héparine	Plasma citraté	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 750 -WERFEN Immuno-analyse Latex automatisée	D3-IN203-ACPF4H	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG03	Recherche d'antigènes Légionelle	Urine	Méthode qualitative Méthode immunochromatographique avec lecture automatisée	D3-IN64-LEGUR	Accrédité le 04/07/2017
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG05	Charge virale HIV	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate GENEXPERT CEPHEID Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR)	D3-IN60-GENHIV	Extension Accrédité le 20/12/2023

Site	Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)	Ligne de portée	Examen / analyse	Echantillon biologique / région anatomique	Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)	Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG05	Charge virale Hépatite C	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate GENEXPERT CEPHEID Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR)	D3-IN148-GENHCV	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG05	PCR SARS CoV2	Naso-Pharyngé	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate GENEXPERT CEPHEID Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR)	D3-IN30-GENCOVID	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG05	PCR multiplex pour détection de pathogènes et gènes de résistance	Flacons d'hémoculture	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automate FilmArray TORCH4 Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR)	D3-IN214-FILMHEM	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG07	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries, et/ou de champignons et/ou de levures et /ou de parasites et autres éléments	Urine et liquides	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Iris Beckman Coulter Cytométrie en flux, lecture optique, analyse d'image	D3-IN183-CYTOUR D3-MO50-IRIS	Accrédité par extension le 15/07/2019
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG08	Détection de croissance (hémocultures)	Sang et liquides de ponction	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automate VIRTUO BioMérieux Incubation des flacons d'hémocultures et détection de la croissance bactérienne/fongique	D3-MO35-HEMOCVIR D3-IN68-HEMOCPOS	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG09	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et autres champignons filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Examen morphologique macroscopique et microscopique après culture	D3-MO36-CHAMPI	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG11	ECBU (Examen Cyto Bactériologique des Urines) et Hémocultures : Examen direct, culture, incubation, lecture et Identification	Urines Flacons d'hémoculture	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Mise en culture sur géloses manuelle Examen microscopique direct et après coloration de Gram Identification sur gélose chromogène et/ou par spectrométrie de masse VITEK MS et/ou Automates VITEK 2	D4-IN184-ECBU D3-IN68-HEMOCPOS	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG12	ECBU (Examen Cyto Bactériologique des Urines) et hémocultures : Antibiogramme	Souche bactérienne	Méthode qualitative Portée Flexible Standard A Antibiogramme : inhibition de croissance en milieu liquide (automate VITEK 2) , méthode de diffusion en milieu gélosé (CMI). Détection des mécanismes de résistance	D3-MO17-VITEK2 D3-MO48-ATB	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de TARBES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG13	Recherche et identification de Plasmodium	Sang total EDTA	Méthode qualitative Portée flexible Standard A Examen morphologique direct microscopique sur frottis sanguin après coloration au MGG / Technique immunochromatographique sur membrane	D4-MO38-PALU	Accrédité par extension le 31/05/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Sodium (Na)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Potentiométrie indirecte	D3-IN112-SODIUM	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Sodium (Na)	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL2 TAC Siemens / Potentiométrie indirecte	D3-IN112-SODIUM	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Potassium (K)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Potentiométrie indirecte	D3-IN106-POTASSI	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Potassium (K)	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL2 TAC Siemens / Potentiométrie indirecte	D3-IN106-POTASSI	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Chlore (Cl)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Potentiométrie indirecte	D3-IN90-CHLORE	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Chlore (Cl)	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL2 TAC Siemens / Potentiométrie indirecte	D3-IN90-CHLORE	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Urée	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Test enzymatique Uréase cinétique bichromatique	D3-IN119-UREE	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Urée	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL2 TAC Siemens / Test enzymatique Uréase cinétique bichromatique	D3-IN119-UREE	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Créatinine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Méthode enzymatique	D3-IN94-CREATENZ	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Créatinine	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL2 TAC Siemens / Méthode enzymatique	D3-IN94-CREATENZ	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Calcium	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Complexon-o-crésolphtaléine	D3-IN89-CALCIUM	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Phosphore	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens Phospho-molibdate (PMD)	D3-IN105-PHOS	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Magnésium	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens / Bleu de Méthylthymol	D3-IN102-MG	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Réserve alcaline (CO2)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Cinétique enzymatique PEPC UV	D3-IN111-CO2	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Glucose	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Test enzymatique Hexokinase en point final	D3-IN99-GLUCOSE	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Glucose	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL2 TAC Siemens / Test enzymatique Hexokinase en point final	D3-IN99-GLUCOSE	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Protides	Plasma / Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Biuret Tartrate de Na et K	D3-IN109-PROT	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Albumine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens /Pourpre de Bromocrésol	D3-IN81-ALB	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Pré-Albumine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens Immuno-enzymatique Turbidimétrie	D3-IN107-PREALB	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Micro-Albumine	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens Turbidimétrie (PETINIA)	D3-IN103-MICROALB	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Protéines urinaires	Urines	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Rouge de Pyrogallol	D3-IN110-UCFP	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Protéine C Réactive (CRP)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens / Immuno-enzymatique Turbidimétrie	D3-IN95-CRP	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Acide Urique	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens / Uricase UV 293 nm	D3-IN79-AURIQ	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Cholestérol	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens / Diétyl-aniline (Abdel Kendall)	D3-IN91-CHOLES	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Cholestérol HDL	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens Dextran PEG Cholestérol oxydase/ peroxydase	D3-IN92-CHOLHDL	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Triglycérides	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens Glycérol GPO UV	D3-IN114-TRIGLY	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Fer	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens Férène direct	D3-IN96-FER	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Ferritine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens Immuno-enzymatique hétérogène	D3-IN97-FERRITIN	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Transferrine	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens Immuno-enzymatique Turbidimétrie	D3-IN113-TRANSFE	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Bilirubine Totale	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens Diazotation / Caféine	D3-IN88-TBIL	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Bilirubine Directe	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL2 TAC Siemens Diazotation / Caféine	D3-IN87-DBIL	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	ASAT (TGO)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens Standardisée IFCC avec P5P UV	D3-IN85-AST	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	ALAT (TGP)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens Standardisée IFCC avec P5P UV	D3-IN84-ALTI	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Gamma GT (GGT)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens GCNA Standardisée IFCC	D3-IN98-GGT	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Phosphatases Alcalines (PAL)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens Trans-phosphorylation du p-NPP en p-NP - IFCC	D3-IN83-ALPI	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Lipase	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens Colorimétrique 1,2 O-dilauryl-rac-glycéro-3 acide glutarique ester	D3-IN101-LIPA	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016 changement de réactif le 13/12/2022

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Lactate Déshydrogénase (LDH)	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens Lactate vers Pyruvate - IFCC	D3-IN100-LDI	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Créatine Kinase (CK)	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens Créatine phosphate + ADP - IFCC	D3-IN93-CKI	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Myoglobine	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens Immuno-enzymatique hétérogène (HM)	D3-IN104-MYOG	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Pro - BNP	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN108-PROBNP	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Troponine	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN115-TROPONI	Changement d'automate et de méthode le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	T3L	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates EXL1 TIC et EXL2 TAC Siemens LOCI Immuno-chiluminescence	D3-IN117-T3L	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	T4L	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens LOCI Immuno-chimiluminescence	D3-IN118-T4L	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	TSH	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens LOCI Immuno-chimiluminescence	D3-IN116-TSH	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Vancomycine	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens Immunodosage Turbidimétrie	D3-IN120-VANCO	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Acide Valproïque	Plasma héparié	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens Immunodosage Turbidimétrie	D3-IN80-VALP	Changement d'automate le 12/06/2019 Accrédité depuis le 07/06/2016
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Amikacine	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens Immuno-enzymatique	D3-IN78-AMIKACIN	Ajout le 14/02/2020

Site	Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)	Ligne de portée	Examen / analyse	Echantillon biologique / région anatomique	Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)	Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	βHCG	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens Immuno-enzymatique hétérogène	D3-IN86-BHCG	Accrédité par ajout le 12/06/2019
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	ALCOOL	Plasma hépariné	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate EXL1 TIC Siemens Enzymatique UV- Alcool deshydrogénase	D3-IN82-ALCOOL	Accrédité par ajout le 12/06/2019
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	ACE : Antigène Carcino Embryonaire	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Ajout / Accrédité depuis le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	CA 19-9	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Ajout / Accrédité depuis le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	PSA total	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Ajout / Accrédité depuis le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Vitamine D	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage par compétition en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Ajout / Accrédité depuis le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Cortisol	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage par compétition en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Ajout / Accrédité depuis le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	PTH : Parathormone	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Ajout / Accrédité depuis le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	CA 125	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage par compétition en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 01/03/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	AFP : Alpha Foeto Protéine	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 12/02/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	PSA Libre	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 12/02/2018

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	C. PEPTIDE	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 27/07/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Folates sériques	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage par compétition en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Arrêt le 02/05/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Vitamine B12	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage par compétition en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Arrêt le 02/05/2022
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	CA 15-3	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 22/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	LH	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 26/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	FSH	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout 15/11/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	PROLACTINE	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout 02/11/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Gaz du sang et CO-Oxymétrie (Hb totale, HbO2, MetHb)	Sang total Hépariné	Méthode quantitative Portée Flexible Standard A Automates IL-Werfen GEM 5000- PH, pCO2, Ca ionisé : Potentiométrie- pO2 : Ampérométrie- Hb, Methb, COHb : Spectrophotométrie	D3-MO01-GAZOGEM	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB01	Lactates	Sang total Hépariné	Méthode quantitative automatisée- Portée Flexible Standard A Automates IL-Werfen GEM 5000- Ampérométrie	D3-MO01-GAZOGEM	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB04	Electrophorèse des protéines sériques	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Capillarys 3 OCTA SEBIA - Electrophorèse par Méthode capillaire	D3-MO23-CAPILLAR	Extension Accrédité le 05/06/2018 / Changement d'automate 10/2021
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB04	Immunotypage des Immunoglobulines	Sérum	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automate Capillarys 3 OCTA SEBIA Electrophorèse par Méthode capillaire et immunotypage par soustraction	D3-MO24-ITCAPILL	Ajout le 28/10/2021

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB04	HbA1c	Sang total EDTA	Méthode quantitative Automate CAPILLARYS 3 SEBIA Méthode Séparative et quantitative de la fraction glyquée Hb A1C de l'hémoglobine par électrophorèse en milieu basique.	D3-MO33-CAPIHBA1	Ajout de méthode le 29/11/2021
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	BIOCHBM BM BB05	Screening drogues urinaires	Urines	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Détection par test immunochromatographique DRUGCHECK société BIOSYNEX	D3-IN01-DROGUR	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB01	Plaquettes	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Xn 1000 et POCH-i 100 SYSMEX - Impédancemétrie	D3-MO28-XN1000 D3-MO29-POCH-I	Extension Accrédité le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB01	Numération globulaire	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automates Xn 1000 et POCH-i 100 SYSMEX Impédancemétrie / Cytométrie en flux / Fluorescence / Calculs	D3-MO28-XN1000 D3-MO29-POCH-I	Extension Accrédité le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB01	Formule leucocytaire automatisée	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate Xn 1000 SYSMEX Cytométrie en flux / Fluorescence	D3-MO28-XN1000 D3-MO29-POCH-I	Extension Accrédité le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB01	Formule leucocytaire microscopique	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Technique manuelle Identification morphologique par microscopie optique	D3-MO30-STAINER	Extension Accrédité le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	HEMATOBM BM HB03	VS	Sang total EDTA	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Lecture optoélectronique corrélée Westergreen Automate VESMATIC 30 CUBE MENARINI	D3-MO55-VSCHL	Extension Accrédité le 23/05/2019
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	TP/INR	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 350 Société WERFEN Chronométrie	D3-IN175-TP	Accrédité depuis le 07/06/2016 Changement d'automate le 23/10/2018 Changement de réactif le 31/05/2022

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	TCA	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 350 Société WERFEN Chronométrie	D3-IN176-TCA	Accrédité depuis le 07/06/2016 Changement d'automate le 23/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	Fibrinogène	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 350 Société WERFEN Chronométrie CLAUSS	D3-IN177-FIB	Accrédité depuis le 07/06/2016 Changement d'automate le 23/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB02	D-Dimères	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 350 Société WERFEN Immuno- tubidimétrie	D3-IN178-DDI	Ajout d'examen le 23/10/2018 Changement d'automate le 23/10/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	COAGBM BM CB03	Héparine standard, HBPM	Plasma Citraté	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ACL TOP 350 WERFEN / Méthode chromogénique	D3-IN140-HNF D3-IN141-HBPM	Extension Accrédité le 23/05/2019
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	IMMUNOHEMATOBM BM IH01	Détermination des groupes sanguins et phénotype Rhésus/Kell	Sang total EDTA	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automates SWING et SAXO BIORAD Hémagglutination en gel- Epreuve globulaire et sérique	D3-MO31-SWINGGS D3-IN122-GROUPE	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	IMMUNOHEMATOBM BM IH02	RAI : Recherche d'Agglutinines Irrégulières	Plasma EDTA	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automates SWING et SAXO BIORAD Coombs indirect par hémagglutination en gel flitration	D3-MO31-SWINGGS D3-IN124-RAI	Extension Accrédité le 17/07/2018 Changement d'automate le 14/11/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	AUTOIMMUNOBM BM AI01	Anticorps anti-Transglutaminases	Serum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate PHADIA Thermofisher / Méthode Fluoroenzymatique Immunoassay (ELIA)	D3-MO22-PHADIA	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	ALLERGBM BM AB01	IgE totales	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate PHADIA Thermofisher / Méthode Elisa Sandwich Immunocap/ Elia	D3-MO22-PHADIA	Accrédité par extension le 23/05/2019
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	ALLERGBM BM AB01	IgE Spécifiques	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate PHADIA Thermofisher / Méthode immunoenzymatique (Elisa) type sandwich Immunocap/ Elia sur phase solide avec détection en immunofluorescence	D3-MO22-PHADIA	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Hépatite B : Recherche d'antigène HbS	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Extension Accrédité le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Hépatite B : Recherche d'anticorps anti- Hbs	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Extension Accrédité le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Hépatite B : Recherche d'anticorps anti- Hbc total	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Extension Accrédité le 05/06/2018

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Sérologie Hépatite C	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Extension Accrédité le 05/06/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	SYPHILIS	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 17/07/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	RUBEOLE IGG	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 25/07/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	HIV 1-2 Ag P24	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 10/08/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	TOXOPLASMOSE IgG + IgM	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Accrédité par ajout le 30/08/2018
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Hépatite A : Ac anti-VHA totaux, Ac anti- VHA IgM	Sérum	Méthode quantitative Portée Flexible Standard A Automate VIDAS 3 société BioMérieux Immunodosage par technique ELFA méthode immunoenzymatique sandwich, immunocapture ou compétition en 2 étapes avec détection finale en fluorescence	D3-MO26-VIDAS	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Hépatite E : Ac anti-VHE IgM	Sérum	Méthode quantitative Portée Flexible Standard A Automate VIDAS 3 société BioMérieux Immunodosage par technique ELFA méthode immunoenzymatique sandwich, immunocapture ou compétition en 2 étapes avec détection finale en fluorescence	D3-MO26-VIDAS	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Borréliose Lyme : Ac anti-Borrelia burgdorferi IgG , Ac anti-Borrelia burgdorferi IgM	Sérum	Méthode quantitative Portée Flexible Standard A Automate VIDAS 3 société BioMérieux Immunodosage par technique ELFA méthode immunoenzymatique sandwich, immunocapture ou compétition en 2 étapes avec détection finale en fluorescence	D3-MO26-VIDAS	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Sérologie EBV : Ac anti-EBNA, Ac anti-VCA IgG, Ac anti-VCA IgM	Sérum	Méthode quantitative Portée Flexible Standard A Automate VIDAS 3 société BioMérieux Immunodosage par technique ELFA méthode immunoenzymatique sandwich, immunocapture ou compétition en 2 étapes avec détection finale en fluorescence	D3-MO26-VIDAS	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Sérologie CMV : Ac anti-CMV IgG, Ac anti-CMV IgM	Sérum	Méthode quantitative Portée Flexible Standard A Automate VIDAS 3 société BioMérieux Immunodosage par technique ELFA méthode immunoenzymatique sandwich, immunocapture ou compétition en 2 étapes avec détection finale en fluorescence	D3-MO26-VIDAS	Ajout le 14/02/2020
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG01	Sérologie COVID : Ac IgG anti-SARS COV 2	Sérum	Méthode Quantitative Portée Flexible Standard A Automate ADVIA CENTAUR XPT Siemens Immunodosage type sandwich en chimiluminescence directe	D3-MO25-CENTAUR	Changement de méthode le 10/06/2021 (Abandon de la méthode IgG/M)

	LBM COMMUN TARBES-LOURDES N° accréditation : 8-3882 du 01/12/2020	Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					D1-EN01-SHFORM06 Version 11 10/01/2024
Site	**Lieu de réalisation des opérations (sites EBMD/pôles cliniques/services cliniques pour les EBMD, sites cliniques d'AMP, service/UF, …)**	**Ligne de portée**	**Examen / analyse**	**Echantillon biologique / région anatomique**	**Principe de la méthode (préciser l'identification de l'équipement si méthode automatisée et le nombre ou préciser méthode manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)**	**Référence de la méthode (préciser la référence du ou des documents et leur version, et le cas échéant *méthode adaptée/développée*)**	**Evolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, …) et Remarque**
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG03	Recherche d'antigène urinaire Legionelle	Urines	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Test unitaire / Immunofluorescence FIA / Lecteur SOFIA EUROBIO	D3-IN64-LEGUR	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG03	Recherche d'antigène urinaire Pneumocoque	Urines	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Test unitaire / Immunofluorescence FIA / Lecteur SOFIA EUROBIO	D3-IN63-PNEUR	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG05	Détection par Biologie Moléculaire Sars Cov2	Prélèvements naso-pharyngés et respiratoires	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automate ID NOW - ABBOTT Extraction, amplification isothermique	D3-IN40-IDNOWCOV	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG05	Détection par Biologie Moléculaire Grippe (Influenza A/B)	Prélèvements naso-pharyngés et respiratoires	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automate ID NOW - ABBOTT Extraction, amplification isothermique	D3-IN41-IDNOWINF	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG05	PCR Sars Cov2	Prélèvements naso-pharyngés et respiratoires	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automate GENEXPERT CEPHEID Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR)	D3-IN30-GENCOVID	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG05	PCR multiplex pour détection de pathogènes et gènes de résistance	Flacons d'hémoculture	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automate FilmArray	D3-IN214-FILMHEM	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG08	Détection de croissance (hémocultures)	Sang et liquides de ponction	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Automate BACTALERT BioMérieux Incubation des flacons d'hémocultures et détection de la croissance bactérienne/fongique	D3-MO34-BACTALER	Extension Accrédité le 20/12/2023
Laboratoire Commun de Biologie Médicale des CHT et CHL - site de LOURDES	LBM polyvalent	MICROBIOBM BM MG13	Recherche et identification de Plasmodium	Sang total EDTA	Méthode Qualitative Portée Flexible Standard A Examen morphologique direct microscopique sur frottis sanguin après coloration au MGG / Technique immunochromatographique sur membrane	D3-MO38-PALU	Extension Accrédité le 20/12/2023